CÔNG TY TNHH INDUSVINA
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

Ampe kìm Fluke 325 True-RMS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU	Nhận diện
IVN-D0139769ED0D178B	Ampe kìm Fluke 325 True-RMS

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Phạm vi / điều kiện
Dòng AC / DC	40,00 / 400,0	A	Dải đo của Fluke 325
Độ chính xác dòng AC	±(2% số đọc + 5 digit)	45-65 Hz	Ngoài dải tần này áp dụng thông số hãng tương ứng
Điện áp AC / DC	600,0	V	Đo bằng que đo
Điện trở	400,0 / 4.000 / 40,00k	Ω	Ba dải đo
Tần số	5,0-500,0	Hz	Theo chế độ đo của hãng
Điện dung	0-1.000	µF	Hai dải công bố
Nhiệt độ tiếp xúc	-10 đến 400	°C	Đầu dò loại K
Kích thước cao × rộng × sâu	207 × 75 × 34	mm	Kích thước thiết bị
Đường kính dây tối đa	30	mm	Khả năng ôm dây của đầu kìm
Khối lượng	283	g	Theo trang sản phẩm
Cấp an toàn	CAT III 600 / CAT IV 300	V	Không phải hai dải đo điện áp khác nhau


Nguồn: Fluke - 325, thông số hãng; tra cứu 21/10/2026

Nguồn: Fluke - hướng dẫn dòng 323/324/325

3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn

Chọn Fluke 325 khi công việc cần dòng AC/DC, điện áp và các phép kiểm tra điện cơ bản trong một thiết bị. Khi lập kế hoạch đo, đối chiếu cả dải đo, độ chính xác và cấp an toàn của toàn bộ tổ hợp đồng hồ - que đo.

DẢI ĐO DÒNG AC/DC (A)



Dải đo; không phải độ chính xác. Fluke 325.

Nguồn: Fluke - 325, thông số hãng; tra cứu 21/10/2026

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố	Yêu cầu / cách áp dụng
Trước khi đo	Kiểm tra vỏ, dây đo, pin và chức năng trên nguồn đã biết.
Đo dòng	Kẹp một dây dẫn; hai dây đi và về trong cùng hàm có thể triệt tiêu từ trường.
Điện trở / liên tục	Cắt nguồn và xử lý năng lượng tích trữ trước khi đo.
Sau sử dụng	Ngắt khỏi mạch, vệ sinh khô và bảo quản trong túi; xử lý pin riêng.

Nguồn: Fluke - hướng dẫn dòng 323/324/325

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.